



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO TECNICO

**U.O.C. Provveditorato**

Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo  
TEL: 091 7033010 FAX: 091 7033042  
EMAIL [r.saverino@asppalermo.org](mailto:r.saverino@asppalermo.org)  
WEB [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

DATA 09/04/2014

PROT. N . 4543

## AVVISO DI TRASPARENZA PREVENTIVA

**Oggetto: Procedura di trasparenza per l'affidamento della fornitura di n. 1 Manipolo elettrico per suturatrici lineari laparoscopici.**

Questa Amministrazione deve procedere all'acquisto della sotto elencata apparecchiatura:

Si richiede, l'acquisto di due Suturatrici elettriche digitali , POLIUSO alimentata a batteria da utilizzare per le procedure open e laparoscopiche .

In particolare si tratta una nuova suturatrice, già impiegata , composta da un manipolo autoclavabile; la prima ed unica endostapler alimentata elettricamente( batteria) e riutilizzabile. Utilizza i caricatori già in gara ,a lei compatibili, ed è predisposta all'impiego di suturatrici in evoluzione tecnologica. In più consente il risparmio di acquisto di manipoli Monouso.

Tale manipolo presenta il controllo totale delle funzionalità in maniera digitale e più precisamente:

- ✓ apertura e chiusura del caricatore (diversi caricatori compatibili da 30- 45 , 60 mm e caricatore curvo per le resezioni anteriori bass);
- ✓ articolazione tra 0 a 45 gradi verso destra e sinistra;
- ✓ rotazione a 360° ;
- ✓ azionamento e retrazione lama.

Il controllo digitale delle varie funzioni non richiede alcuna forza di azionamento migliorando così la manovrabilità ed evitando le fastidiose e a volte pericolose trasmissioni sulla estremità terminale del device che si esercitano sul manipolo meccanico nella fase di azionamento . Aumenta altresì la stabilità ,riducendo i movimenti involontari comuni ai dispositivi meccanici ad azionamento manuale.

La suturatrice è caratterizzata da un Display con feedback di funzionamento integrati al fine di aumentare la sicurezza negli step chirurgici più delicati, infatti la suturatrice è dotata di sistemi di autotest con più di 1000 controlli per secondo, in modo da restare focalizzati sul gesto chirurgico , infatti il device è dotato di feedback intuitivo attraverso il display a led che consente di avere sotto controllo il corretto funzionamento del dispositivo.

Il manipolo ha un ciclo di vita pari a 50 cicli di sterilizzazione ( ciclo ferri) per un totale di 300 azionamenti.

La suturatrice iDrive Ultra è compatibile con i caricatori ad altezza differenziata di punti disponibili nelle varie misure da 30 -45 e 60 mm per tessuti vascolare/Medio/Spesso /Extraspeso e caricatore curvo dedicato per le resezioni anteriori basse.

Si richiedono n° 2 pz suturatrice elettrica I-DRIVE

Al fine di verificare l'esclusività o meno del prodotto de quo, con il presente avviso viene interrogato il mercato di riferimento che, se interessato, potrà fornire utili informazioni "tecnico/scientifiche" che ne dimostrino l'eventuale "equivalenza funzionale" NONCHE' EVENTUALE PREZZO DI MERCATO.

**Riscontro al presente avviso dovrà pervenire, entro le ore 13:00 23/04/2014 al seguente indirizzo:  
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO – DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO  
E TECNICO – U.O.C. PROVVEDITORATO – Via Pindemonte n. 88 – 90129 Palermo – Edificio n.  
14.**

Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati all'U.O.C. Provveditorato Via Pindemonte n. 88 – Edificio 14- Palermo (Tel. 0917033010 fax 091.7033042) ovvero all'Ufficio Istruttore degli Atti Amministrativi (Sig.ra R. Saverino tel. 091.7033010 fax 091.7033042 email r.saverino@asppalermo.org).

Il Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico  
Avv. Fabio Damiani