

REGIONE SICILIANA

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO**

Determina dell'U.O.C. "Progettazione e Manutenzioni"

Determina n° 573/RTFS del 27-09-2024

OGGETTO Affidamento diretto (d.lgs 36/2023 art. 50 comma 1 lett.b) per il servizio di verifiche dei requisiti protezionistici degli impianti RM Aziendali – autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione, previa trattativa diretta su MEPA.

<p>STRUTTURA PROPONENTE</p> <p><u>U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI</u></p> <p>Proposta n. <u>179</u> /P.M. del <u>26/09/2024</u></p> <p>Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio</p>
<p>N° Centro di costo _____</p> <p>N° Conto Economico <u>5.03.03.01.99</u></p> <p>Ordine n° _____ del _____</p> <p>Tetto di spesa/Budget assegnato € _____</p> <p>Budget _____ utilizzato/impegnato € _____</p> <p>Budget presente atto € <u>11.712,00</u></p> <p>Disponibilità residua budget € _____</p> <p>Budget pluriennale _____</p> <p>Anno _____ Euro _____</p> <p>Anno _____ Euro _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p>Il Dirigente Ingegnere (Ing. Antonio Capuana)</p> <p>_____ Direttore U.O.C. Prog. e Man. (Dott. Piero Maria Caltagirone)</p>

<p>DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE, PATRIMONIALE, PROVVEDITORATO E TECNICO</p> <p>ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO _____</p>
<p>N° Conto Economico <u>5.03.03.01.99</u></p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo € <u>11.712,00</u></p> <p>Budget pluriennale _____</p> <p>Anno _____ Euro _____</p> <p>Anno _____ Euro _____</p> <p>Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione</p> <p>Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Francesca Le Re</p> <p>_____</p>

Tenuto conto di quanto disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 609 del 20.05.2021 avente per oggetto: "Funzioni e atti delegati alla dirigenza aziendale ex Atto Aziendale approvato con Delibera n.81 del 21/01/2020".

DETERMINA DEL DIRETTORE U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI

PROPONENTE: Ing. Antonio Capuana, Dirigente Ingegnere dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni

Premesso che:

- con nota Delibera n. 1568 del 18.10.2022 è stato conferito l'incarico di Direttore della U.O.C. Progettazione e Manutenzioni del ruolo amministrativo Dott. Pietro Maria Caltagirone (Matr. 8806) a decorrere dal 01/11/2023;
- che con nota ASP Palermo del 16/09/2024 il Fisico Sanitario dell'ASP di Palermo, Dott.ssa Paola Spiccia, ha richiesto le verifiche di legge annuali sugli impianti di risonanza magnetica aziendali;

Dato atto che:

- la ditta ITEL Telecomunicazioni S.r.l. in Via Labriola s.n.c, 70037 Ruvo di Puglia (BA), ha inviato il preventivo a mezzo e mail, che prevede l'importo di € 9.600,00 I.V.A. esclusa, per il servizio di verifiche dei requisiti protezionistici degli impianti RM Aziendali;
- per adempiere a quanto richiesto dal Fisico Sanitario Aziendale si ricorrerà ad una trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), con l'operatore uscente;

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- l'art.37 del d. lgs. 33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- l'art. 50 comma 1) lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", secondo cui l'Amministrazione può utilizzare la procedura di gara
- "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" per un importo inferiore a € 140.000,00;

Ritenuto opportuno:

- affidare alla ditta ITEL Telecomunicazioni S.r.l., il servizio di verifiche dei requisiti protezionistici degli impianti RM Aziendali, considerato il notevole know how della stessa;

Considerato che:

- per il presente affidamento non verrà richiesta la cauzione definitiva stante l'importo inferiore ad € 40.000,00;

Rilevato che:

- l'affidamento di cui al presente provvedimento grava sul conto 5.03.03.01.99 "Manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie" sui fondi del bilancio 2024 di cui si attesta la disponibilità;

Dato atto che:

- per il presente provvedimento il R.U.P. provvederà ad acquisire il CIG secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.3;

Visti:

- l'accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici, dal quale risulta l'assenza di annotazioni per il Cod. Fiscale dell'Operatore Economico

Tenuto conto:

- della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Preso atto che:

- il preventivo della Ditta ITEL Telecomunicazioni S.r.l. pari ad € 9.600,00 oltre I.V.A. per le seguenti prestazioni:

a) *Verifica taratura e certificazione sensore O2 (2 volte/anno). Verifica funzionalità sensore ossigeno semestrale. Verrà eseguita verifica funzionale del sensore ossigeno e successiva taratura mediante kit di calibrazione e bombole certificate (Azoto, Ossigeno 19%, Ossigeno 18%, Aria) secondo Indicazioni Operative INAIL e secondo normativa CEI-EN 50104. Verranno infine verificate le soglie di attivazione (18% e 19%) ed il valore ambientale convenzionale (20.9%). Si rilascia certificazione taratura e certificazione bombole;*

- b) *Verifica sistema di areazione Gabbia di Faraday (2 volte/anno) Verifica, mediante balometro, dei ricambi aria N.P. (volumi orari) nelle condizioni di funzionamento regolare e di emergenza dell'impianto di areazione a servizio della Gabbia di Faraday secondo normative vigenti e indicazioni operative INAIL. Verrà rilasciata relazione tecnica descrittiva del metodo di misura, dei valori rilevati e delle eventuali anomalie riscontrate;*
- c) *Verifiche annuali di tenuta Gabbia di Faraday (1 volta/anno). Le misure di attenuazione RF eseguite mediante N.P. strumentazione SEMS ed in accordo con le normative MIL-STD285, IEEE STD 299-1997 ed Indicazioni operative INAIL. Nel corso delle verifiche sarà eseguita manutenzione sulla Gabbia di Faraday. Saranno forniti: certificati di taratura della strumentazione, relazione tecnica descrittiva del metodo di misura e dei valori di attenuazione rilevati alle frequenze di interesse. Certificazione emessa secondo normativa vigente. Manutenzione porta comprensiva di sostituzione Fingers fino ad un massimo di 1 m;*
- d) *Verifica Tubo di Quench Verifica condotta evacuazione gas criogeni secondo check-list le indicazioni operative INAIL 2015 ed indicazioni specifiche delle ditte costruttrici della gabbia di Faraday e del tomografo RM. Verrà rilasciata relazione descrittiva dell'intervento di verifica effettuato con segnalazione di eventuali anomalie;*

Ritenuto:

- che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di cui al conto 5.03.03.01.99 denominato "Manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie " del corrente esercizio finanziario 2024;

Tenuto conto che:

- l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si procederà a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG);
- della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata;

Accertato che:

- nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Dato atto che:

- il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

Attestato che:

- il sottoscritto Ing. Antonio Capuana, proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n°20 e s.m.i., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n°190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";


PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

- 1) di richiamare le procedure ed i documenti citati in premessa come parte integranti e sostanziali del presente atto;

- 2) di dare atto che l'intera procedura, fino alla stipula del contratto di affidamento, verrà gestita sul portale Me.PA.;
- 3) di affidare il servizio di verifiche dei requisiti protezionistici degli impianti RM Aziendali, ossia al P.O.Ingrassia, P.O. Partinico, PTA Centro, P.O. Villa delle Ginestre;
- 4) di dichiarare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;
- 5) di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari a € 9.600,00 oltre I.V.A., graverà sul conto 5.03.03.01.99 denominato "Manutenzione ordinaria attrezzature sanitarie", annualità 2024;
- 6) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento gli adempimenti conseguenziali al decreto de quo;
- 7) di notificare il presente provvedimento al:
 - Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione;
 - Collegio dei Revisori Contabili;
- 8) di provvedere ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione della presente determina nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Albo Pretorio" → "Bandi Gara" e Amministrazione Trasparente →;
- 9) di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il Dirigente Ingegnere
(Ing. Antonio Capuana)




Il Direttore della UOC Progettazione e manutenzione

Vista la proposta di determina, resa nella piena responsabilità del Responsabile del procedimento, il cui dispositivo si intende qui di seguito trascritto,

DETERMINA

di approvare la superiore proposta.

Il Direttore dell'U.O.C. Progettazione e Manutenzioni
(Dott. Pietro Maria Caltagirone)



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DETERMINA N. _____ DEL _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

La presente determina:

- è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____
- è stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

Si attesta che contro la presente determina non è pervenuto alcun reclamo.


Si attesta che contro la presente determina è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni





Elementi di selezione:

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_ADPR	2024	1	417					10 492,00	UOC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE - PROPOSTA N.179/PM DEL 26/09/2024 DI DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO (D.LGS. 36/2023 ART.50 COMMA 1 LETT.B) PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE DEI REQUISITI PROTEZIONISTICI DEGLI IMPIANTI RM AZIENDALI e AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA.

Modifica: 1 del 26/09/2024 Importo 1220,00 INCREMENTO BUDGET PER MERO ERRORE

Conto: 5.03.03.01.99 - MANUTENZ.ORDIN.ATTREZ.SANIT.-MEZZI PROPR

Assestato	Scad. non in Ordinativo	Scad. in Ordinativo	Ordini non liquidati	Cassa Economale	Sub. Autorizzat.	Disponibilita'
11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,00

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
11 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 712,00

IL DIRETTORE del U.O.C.
 Progettazione e Manutenzione
 Dott. Pietro M. Caltagirone

