



Sede legale: Via G. Cusmano, 24
90141 - PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE E STRUTTURALI

Direttore U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Giacchino Iraci

OGGETTO: Indagine di mercato per l'affidamento della fornitura di N 08 Cardiocografi per la Ostetricia e Ginecologia del P.O. Ingrassia e Termini Imerese

Con la presente indagine si intende verificare l'esistenza sul mercato di operatori economici a cui affidare, previa procedura di gara, la fornitura di N 08 Cardiocografi per la Ostetricia e Ginecologia del P.O. Ingrassia e Termini Imerese

Con le caratteristiche allegate

A tal fine intende verificare

- 1) se le ditte interessate alla partecipazione alla gara de qua dispongono dei Dispositivi aventi le caratteristiche sopra descritte,
- 2) il miglior prezzo di aggiudicazione degli ultimi due anni.
- 3) i prezzi già praticati ad altre Aziende Sanitarie;
- 4) la presenza sul ME.PA. CONSIP (indicando la categoria merceologica di riferimento ed i codici prodotti).
- 5) l'abilitazione allo NSO
- 6) le caratteristiche tecniche.
- 7) i tempi di consegna
- 8) l'indicazione sia del prezzo unitario che del prezzo complessivo dell'intera fornitura annua.

Nel caso che la descrizione delle caratteristiche tecniche dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

E' consentita, pertanto l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

Nel caso che al presente avviso dia riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale.

Si fa inoltre, carico all'operatore economico che riscontra l'indagine di mercato di indicare sia il prezzo unitario che il prezzo complessivo dell'intera fornitura annua.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro e non oltre il 30/08/2024: tramite e-mail:

r.saverino@asppalermo.org

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato

Il Coadiutore Amministrativo
(Sig.ra G. Saverino)

Il Dirigente Amministrativo
(Dr.ssa Colomba Carlino)

Touchscreen a colori da 8.4"

- Il display ad alta risoluzione deve essere visibile anche a distanza e in ambienti molto luminosi o scarsamente illuminati;
- Il dispositivo deve essere dotato di ampio angolo visivo
- Utilizzabile anche si indossano i guanti.

Batteria Integrata:

- per il monitoraggio durante il trasferimento della paziente;
- Essenziale nei casi in cui l'alimentazione di rete non è affidabile
- Devono essere garantite fino a 4 ore di utilizzo.

Parametri vitali materni:

- Rilevazione frequenza cardiaca materna attraverso SpO2
- NIBP
- SpO2 NELLCOR

Display multifunzione:

- Possibilità di passare dalla visualizzazione in modalità "numeri grandi" al tracciato FHR;
- Analisi scorrimento dei tracciati su schermo con una chiara separazione dei colori di tracciati multipli; Grafici gemellari distinti, non sfalsati, per un immediato riconoscimento dei tracciati.

Cartelle cliniche delle pazienti:

- Database delle pazienti
- Calcolatore dell'età gestazionale su schermo(ultima mestruazione, età gestazionale, data presunta del parto)
- Interfaccia con sistemi software integrata

Gestione gravidanze multiple:

- Monitoraggio gravidanze singole, gemellari e trigemellari con la stessa frequenza di ultrasuoni, utilizzando un monitor singolo e migliorando ulteriormente l'efficienza.

Alte prestazioni per BMI elevati:

- I trasduttori devono garantire prestazioni eccellenti persino su pazienti con BMI alto grazie alla tecnologia Locate and Track ed un monitoraggio fetale dalle eccellenti prestazioni anche quando usato su donne con un indice di massa corporea(BMI) elevato, riducendo la necessità di procedure invasive.

Analisi OGGETTIVA del tracciato anche gemellare:

- Analisi Dawes-Redman aggiornata su un data base interno di oltre 100K casi reali.
- Analisi clinicamente validata con diverse pubblicazioni scientifiche in merito a supporto di tale tecnologia.
- Allegare documentazioni su brevetti e licenze

Funzione TREND intraparto:

- che fornisca dati chiari sulle variazioni nel tempo della frequenza cardiaca, indicata per l'uso durante la prima fase del travaglio. Il monitoraggio dei dati della linea di base, della STV e di decelerazione devono offrire un valido ausilio all'interpretazione del tracciato del travaglio.

ASP PALERMO "S. CIMINO"
 TERMINI IMERESE
 U.O. di Ostetricia e Ginecologia
 DIRETTORE

ASP PALERMO "S. CIMINO"
 TERMINI IMERESE
 U.O. di Ostetricia e Ginecologia
 DIRETTORE
 Dr. Giuseppe Carbone
 C.U. ENPAM 0001108170