



Sede legale: Via G. Cusmano, 24

90141 - PALERMO

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIPARTIMENTO RISORSE
TECNOLOGICHE, FINANZIARIE E STRUTTURALI

Direttore U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI

Dr. Gioacchino Iraci

Oggetto: Indagine di mercato per la Fornitura con installazione di n. 3 Lampade Scialitiche su ruote e n. 2 Lampade scialitiche a parete da destinare a diverse U.O. dell'ASP di Palermo.

È intendimento di questa U.O.C. dell'ASP di Palermo, espletare la fornitura ed installazione, in oggetto specificata.

A tal fine intende verificare:

- 1) se gli operatori economici dispongono di beni aventi caratteristiche tali da soddisfare i bisogni sanitari descritti nell'allegata scheda, qualora la ditta dovesse riscontrare discrasie tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, si invita a voler inviare adeguate considerazioni (non inviare schede tecniche);
- 2) il prezzo orientativo di mercato a livello nazionale;
- 3) l'elenco delle aziende pubbliche o private presso cui il servizio o la fornitura è stata effettuata ed il costo di vendita nell'ultimo biennio, al fine di verificare il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- 4) la presenza sul MEPA (indicando la categoria merceologica di riferimento ed i codici prodotti).
- 5) l'abilitazione allo NSO;
- 6) i tempi di consegna
- 7) l'indicazione sia del prezzo unitario che del prezzo complessivo dell'intera fornitura annua.

Nel caso che la descrizione delle caratteristiche tecniche dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica, deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente", e ciò ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

E' consentita, pertanto, l'offerta di prodotti aventi caratteristiche equivalenti sempre che sia ampiamente motivata dalla ditta concorrente tale equivalenza e che la stessa sia ritenuta funzionalmente tale dall'organo tecnico aziendale preposto alla valutazione di quanto proposto in sede di indagine di mercato.

Nel caso che al presente avviso dia riscontro "un rivenditore autorizzato" sarà fatto obbligo allo stesso di fornire il miglior prezzo di aggiudicazione del produttore e/o distributore nazionale

applicato alle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere pubbliche e/o private del territorio nazionale ed, altresì, dichiarazione di distribuzione del relativo bacino di competenza.

Si fa inoltre, carico all'operatore economico che riscontra l'indagine di mercato di indicare sia il prezzo unitario che il prezzo complessivo dell'intera fornitura annua.

Qualora il prezzo lo consenta, la presente indagine di mercato potrà valere come atto prodromico all'affidamento diretto.


Il presente atto verrà pubblicato sul sito aziendale.

Si resta in attesa di riscontro alla presente entro il 28/04/2025, al seguente indirizzo: r.saverino@asppalermo.org.

Si allega al tal fine una scheda tecnica riassuntiva e descrittiva dei beni richiesti.


Il Coadiutore Amministrativo

Sig.ra G. Saverino



Il Dirigente Amministrativo

Dott.ssa Colomba Carlino



Allegato 1 – Specifiche Tecniche
LAMPADA SCIALITICA SU RUOTE

Specifiche Tecniche	In possesso (SI/NO) o eventuale equivalenza
• Tipo di montaggio: su stativo mobile con ruote piroettanti (almeno 3), di cui almeno 2 con freno	
• Facilmente Trasportabile e posizionabile	
• Manovrabilità ○ Braccio articolato facilmente orientabile ○ Posizionamento stabile e preciso del punto luce	
• Tecnologia LED ○ Numero LED: minimo 20, posizionati in modo da assicurare uniformità al fascio luminoso e riduzione delle ombre ○ Durata LED: minimo 40.000 ore	
• Intensità luminosa: almeno 100.000 lux a 1 metro di distanza, regolabile	
• Temperatura colore: compresa tra 3.500 e 5.000 k, regolabile	
• Comandi integrati per accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità	
• Alimentazione da rete elettrica 230V – 50/60Hz	
• Certificazione CE	
• Garanzia minimo 24 mesi di tipo FULL RISK	

LAMPADA SCIALITICA A PARETE

Specifiche Tecniche	In possesso (SI/NO) o eventuale equivalenza
• Tipo di montaggio: a parete con braccio articolato, orientabile sia in verticale che in orizzontale	
• Sistema di bilanciamento che consenta un posizionamento preciso e stabile del punto luce	
• Raggio d'azione orizzontale minimo 1 metro	
• Sistema di fissaggio alla parete incluso o compatibile con muratura standard o pannelli tecnici (previo sopralluogo)	
• Tecnologia LED ○ Numero LED: minimo 20, posizionati in modo da assicurare uniformità al fascio luminoso e riduzione delle ombre ○ Durata LED: minimo 40.000 ore	
• Intensità luminosa: almeno 100.000 lux a 1 metro di distanza, regolabile	
• Temperatura colore: compresa tra 3.500 e 5.000 k, regolabile	
• Comandi integrati per accensione, spegnimento e regolazione dell'intensità	
• Alimentazione da rete elettrica 230V – 50/60Hz	
• Certificazione CE	

Specifiche Tecniche	In possesso (SI/NO) o eventuale equivalenza
• Garanzia minimo 24 mesi di tipo FULL RISK	